Boston Scientific

Advancing science for life™

JETSTREAM™

Atherectomy System



下肢の石灰化病変を効果的



Ranger™ の情報は
こちらからご確認ください

に切削・吸引するデザイン

フロントカッティングを採用
5枚のディスタルカッターが先端部にあることで、狭い石灰化病変でも切削が可能

Differential cutting
ブレード形状の切削刃により、柔らかい弾性組織は削られず固い組織だけを切削

能動的な吸引
生理食塩液を灌流し治療部位の粘性を下げ、同時に切削片を機械的に吸引

放射状に配置されたブレードが回転
同心円状の内腔を確保

エクスパンダブルブレード
1本のカテーテルで切削サイズの変更が可能（XCカテーテルのみ）

エクスパンダブルブレードが折り畳まれている状態

エクスパンダブルブレードが直立している状態

禁忌・禁止
1. 適用対象（患者）

（1）ナイチノール、ステンレス鋼、その他のステント材料又は造影剤に対する管理不能なアレルギーのある患者
（2）適切な抗血小板療法を受けられない患者［血栓症を発症するおそれがある。］

2. 使用方法

（1）灌流液を加温して使用しないこと。［カテーテルのアウターシースのしわや膨張、破裂を引き起こし、患者の傷害を招くおそれがある。］
（2）本品と互換性のある指定のガイドワイヤ及びシースイントロデューサのみを使用すること。［互換性のないデバイスを使用すると、本品が損傷したり、性能が損なわれたりするおそれがある。］（【使用上の注意】3.相互作用の項参照）
（3）トイボーストバルブ（回転式止血バルブ）をシースイントロデューサと併用しないこと。（【使用上の注意】3.相互作用の項参照）
（4）再使用禁止、再滅菌禁止

警告
1. 使用方法

（1）本品は、関連学会の定める適正使用指針を満たす医師及び施設で使用すること。［適切な医師及び施設で使用されない場合、本品の有効性及び安全性が担保されないおそれがある。］

コンソール・カテーテルセット添付文書より一部抜粋
詳細は添付文書をご確認ください。

JETSTREAM™
Atherectomy System

JETSTREAM™
Atherectomy System

ジェットストリーム アテレクトミー システム(カテーテルセット)

カタログ番号	カテーテルサイズ	カテーテル有効長	適合シース
112260-001	SCカテーテル 1.6mm	145cm	7F
112262-001	SCカテーテル 1.85mm		
112264-001	XCカテーテル 2.1/3.0mm	135cm	
112266-001	XCカテーテル 2.4/3.4mm	120cm	

ジェットストリーム アテレクトミー システム(コンソール)

カタログ番号	仕様・附属品
050599-001	電源:100−120 VAC, 200−240VAC 50/60Hz 外寸:約66(H)×約23(W)×約25(D)cm*

* 外寸は参考値で高さ(H)には接続コネクタを含みます

併用医療機器:スルーウェイガイドワイヤー

カタログ番号	外 径	全 長
49-297	0.014inch	300cm

Jetstream System Components

径表示換算目安:1mm=3French=0.0394inches

販売名:ジェットストリーム アテレクトミー システム
医療機器承認番号:30300BZX00287000

併用医療機器販売名:スルーウェイガイドワイヤー
併用医療機器承認番号:21600BZY00199000

販売名:レンジャー薬剤コーティングバルーンカテーテル
医療機器承認番号:30300BZX00033000

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
©2023 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

Boston Scientific
Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

PI-1501511-AA